

TÄRKEÄÄ TUOTETIETOA

Mahdollinen virheellinen verensokerin mittaustulos

Kehotamme käyttämään AINOASTAAN glukoosispesifisiä verensokerimittareita ja testiliuskoja. Nämä menetelmät ovat yleisiä laboratorio-käytössä. Ottakaa yhteys verensokerimittarien ja testiliuskojen maahantuojiin verensokerimääritysmenetelmän selvittämiseksi.

Glukoosidehydrogenaasi-pyrrolokinoliinikinoni (GDH-PQQ) tai glukoosi-dye-oksidoreduktaasi entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja EI PIDÄ käyttää. Lisäksi joitakin tiettyjä glukoosidehydrogenaasi-flaviinadeniinidinukleotidi (GDH-FAD) entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja EI PIDÄ käyttää. Maltoosin vaikutuksesta näillä mittareilla voidaan saada virheellisesti kohonneita verensokerin mittausrvoja potilailla, jotka käyttävät EXTRANEALia (ikodekstriini 7,5 %). Virheellisen kohonneen verensokerin mittaustuloksen vuoksi todellista hypoglykemiaa voi olla vaikea havaita tai hyperglykemiadiagnoosi voi olla virheellinen, mistä voi olla vakavia seurauksia.

Lisätietoja ja lista sopivista verensokerimittareista on osoitteessa www.glucosesafety.com

Baxter

Katso kääntöpuolelta tärkeää tuotetietoa

Potilaan nimi

Käyttää **EXTRANEAL** (ikodekstriini 7,5 %) peritoneaalidialyysinestettä

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys

Dialyysiosasto _____

Lisätietoja _____

BAXTER ja **EXTRANEAL** ovat Baxter International Inc:n tavaramerkkejä.
Päivitetty toukokuussa 2010, RR2010_027FI