

TÄRKEÄÄ TUOTETIETOA

Mahdollinen virheellinen verensokerin mittaustulos

Kehotamme käyttämään **AINOASTAAN** glukosispesifisiä verensokerimittareita ja testiliuskoja. Nämä menetelmät ovat yleisiä laboratoriokäytössä. Ottakaa yhteys verensokerimittarien ja testiliuskojen maahantuojaan verensokerimääritysmenetelmän selvittämiseksi.

Glukoosidehydrogenaasi-pyrrolokinoliinikininoni (GDH-PQQ) tai glukoosi-dyeoksidoreduktaasi entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja **EI PIDÄ** käyttää. Lisäksi joitakin tiettyjä glukoosidehydrogenaasi-flaviiniadeniininukleotidi (GDH-FAD) entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja EI PIDÄ käyttää. Maltoosin vaikutuksesta näillä mittareilla voidaan saada virheellisesti kohonneita verensokerin mittaustuloksia potilailla, jotka käyttävät **EXTRANEAL**ia (ikodekstriini 7,5 %). Virheellisen kohonneen verensokerin mittaustuloksen vuoksi todellista hypoglykemiaa voi olla vaikea havaita tai hyperglykemiadiagnosi voi olla virheellinen, mistä voi olla vakavia seurauksia.

Lisätietoja ja lista sopivista verensokerimittareista on osoitteessa www.glucosafety.com

Vantive

Katso kääntöpuolelta tärkeää tuotetietoa

Potilaan nimi

Käyttää **EXTRANEAL** (ikodekstriini 7,5 %) peritoneaali-dialyysinestettä

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys

Dialyysiosasto _____

Lisätietoja _____

Vantive ja Extraneal ovat Vantive Health LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Päivitetty lokakuussa 2024. v 4.1