

Meddelande till hälso- och sjukvårdspersonal

08.01.2026

Ventoline Evohaler – inhalationsspray, suspension

Information om antalet doser i inhalatorn

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

Detta brev är till för att informera om salbutamol-inhalatorn (tryckbehållare) och antalet doser som anges på inhalatorns etikett.

Inhalatorn innehåller tillräckligt med salbutamol för att räcka till 200 puffar. Efter 200 puffar kan inhalatorn fortsätta spraya, men utan den förskrivna dosen salbutamol.

Sammanfattning

- Metoder såsom skakning, vägning eller nedsänkning av inhalatorn i vatten är inte lämpliga för att avgöra om en inhalator är tom på den föreskrivna dosen salbutamol.
- Att anteckna antalet puffar som patienten tagit kan övervägas för att undvika oavsiktlig användning av en tom inhalator.
- Patienten kan överväga att ha en reservinhalator. Om patienten har fler än en inhalator rekommenderas det att hålla anteckning över varje inhalator separat.

Åtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal ska säkra att patienterna får denna information.

Uppdaterad produktinformation

Huvuduppdateringar i produktresumén (SPC)

4.4 Varningar och försiktighet

Inhalatorn innehåller tillräckligt med salbutamol för att räcka till 200 puffar. Efter 200 puffar kan inhalatorn fortsätta spraya, men utan den förskrivna dosen salbutamol. Metoder såsom skakning, vägning eller nedsänkning av inhalatorn i vatten är inte lämpliga för att avgöra om en inhalator är tom på den föreskrivna dosen salbutamol och de rekommenderas inte. Fall av svåra astmaförsämringar har rapporterats. Att anteckna antalet puffar som patienten tagit kan övervägas. Det rekommenderas att ha en

reservinhalator till hands. Om patienten har fler än en inhalator rekommenderas det att hålla anteckning över varje inhalator separat.

Huvuduppdateringar i bipacksedeln (PL)

2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Evohaler

Varningar och försiktighet

Din inhalator innehåller tillräckligt med salbutamol för att räcka till 200 puffar (oavsett om de inhaleras och/eller släpps ut i luften för testning) och den innehåller en drivgas för att leverera läkemedlet. Efter 200 puffar kan dock inhalatorn fortsätta spraya drivgas, men utan den rätta dosen salbutamol, så du kan inte vara säker på att du får läkemedel efter 200 puffar. Inhalatorn har ingen dosräknare. Metoder för att avgöra om inhalatorn är tom, såsom att skaka den, väga den eller låta den flyta i vatten, är inte tillförlitliga och rekommenderas inte. Fall av allvarlig försämring av astmasymtom efter oavsiktlig användning av tomma inhalatorer har rapporterats. Du kan överväga att anteckna antalet puffar som används. Det rekommenderas att du har en reservinhalator tillgänglig. Om du använder mer än en inhalator rekommenderas det att hålla reda på antalet puffar för varje inhalator separat.

Rapportering om misstänkta biverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

eller till innehavaren av godkännande för försäljningstillstånd:

GlaxoSmithKline Oy
FIN.laaketurva@gsk.com

Kontaktinformation för mera information eller frågor

Om ni har frågor eller vill ha mer information, finns kontaktuppgifterna nedan.

GlaxoSmithKline Oy
FIN.laaketurva@gsk.com

+358 10 30 30 30

Med vänliga hälsningar,

GlaxoSmithKline Oy



Electronically signed by: Juhana
Idänpään-Heikkilä
Reason: I am signing for the
reasons as stated in the document.
Date: Jan 23, 2026 12:40:51
GMT+2

Juhana J. Idänpään-Heikkilä

Medicinsk direktör

Email: juhana.j.idanpaan-heikkila@gsk.com

Telefon: +358 50 4200 414